

GLOSSAIRE DES SYMBOLES

Guide complet des symboles figurant sur les étiquettes des produits.

Symbole	Titre du symbole	Description du symbole	Référence à la norme	Titre et numéro de désignation de la norme
	Fabricant	Indique le fabricant du dispositif médical	5.11	ISO 15223-1:2021 Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser avec les renseignements fournis par le fabricant - Partie 1: Exigences générales
	Date limite d'utilisation	Indique la date après laquelle le dispositif médical ne doit pas être utilisé	5.14	
LOT	Code de lot	Indique le code de lot du fabricant pour que le lot puisse être identifié	5.15	
STERILE ↓	Stérilisé à la vapeur	Indique un dispositif médical qui a été stérilisé à la vapeur	5.2.5	
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi	Indique qu'un dispositif médical ne doit pas être utilisé si l'emballage a été endommagé ou ouvert et que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi pour plus de renseignements	5.2.8	
	Système de barrière stérile unique	Indique un système de barrière stérile unique	5.2.11	
	Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi	5.4.3	
	Usage multiple pour un seul patient	Indique un dispositif médical qui peut être utilisé plusieurs fois (procédures multiples) sur un seul patient	5.4.12	
MD	Dispositif médical	Indique que l'article est un dispositif médical	5.7.7	
DIA Ø_T	Diamètre	Indique le diamètre de la lentille	S.O.	
BC	Courbure de base	Indique la courbure de base de la lentille	S.O.	S.O.
PWR F'_V	Puissance	Indique la puissance de la lentille en dioptries	S.O.	S.O.
Rx ONLY	Sur ordonnance seulement	Indique que la loi fédérale américaine limite la vente de ce dispositif aux praticiens licenciés ou sur ordonnance de ces derniers	S.O.	21 CFR 801.109